



SANTA CASA DE SUZANO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES.

SOLICITANTE: Olidef Medical

Em 11/11/19 a empresa OLIDEF MEDICAL, se manifestou, solicitando esclarecimentos nos seguintes termos via e-mail:

ITEM 15- INCUBADORA NEONATAL: Cúpula com parede dupla de acesso frontal e posterior; Controle de temperatura e umidade de ar (ATC), temperatura de pele (ITC); Saturação de oxigênio e balança incorporada ao leito - opcionais; Grande estabilidade das condições ambientais da câmara; Umidificação servo ativa; Display de LCD; Acessórios – gavetas, suporte de soro, bandejas.

1. Saturação de oxigênio e balança incorporada ao leito – opcionais.

Questionamento: a solicitação dá a entender que o item grifado é opcional, podendo ser ofertado ou não. Nosso questionamento é para saber se será necessário ofertar o equipamento com estes opcionais instalados.

2. Para esse tipo de equipamentos é primordial que o controle dos opcionais seja integrado ao painel da incubadora, ou seja, todas as informações referentes a temperatura, umidade, saturação de oxigênio e balança devem ser mostradas no display de LCD.

Questionamento: Serão aceitos equipamentos que apresentem controle dos parâmetros fora do painel principal (exemplo: balança acoplada com display próprio, controle de umidade fora do painel principal da incubadora)?

3. Não há solicitação de inclinação do berço em Trendelenburg e próclive. Esta função é necessária, ou seja, deve ser cotada e apresentada na proposta?

4. Acessórios – gavetas, suporte de soro, bandejas Para esse tipo de equipamento é possível adicionar duas prateleiras/ bandejas e até 4 gavetas.

Questionamento: Quantas bandejas e gavetas serão necessárias?



SANTA CASA DE SUZANO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Em resposta a solicitação de esclarecimento apresentada pela empresa Olidef Medical, informamos que:

1. Sim. Será necessário ofertar o equipamento com os opcionais citados (Saturação de oxigênio e balança incorporada ao leito).
2. Sim. Serão aceitos equipamentos que apresentem controle dos parâmetros em painéis independente ao painel principal, devendo estes painéis estar devidamente incluídos na proposta.
3. Não é exigida a função de inclinação do berço, não necessitando, portanto, fazer parte da proposta.
4. Deverá conter os seguintes acessórios: Gavetas, podendo ser 1 grande e 2 pequenas; 1 suporte de soro e 2 prateleiras/bandejas.

Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento solicitado pela solicitante.

Suzano, 12 de novembro de 2019

Claudio Tokihar Miyamoto
Pregoeiro da Santa Casa de Suzano

OBS: IMPRESSO DISPONÍVEL NO PROCESSO E ARQUIVO NO FORMATO PDF DISPONÍVEL NO SITE www.santacasadesuzano.com.br - Link Licitações.